

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, PIPETAS GRADUADAS CLASE "AS"
CONFORMITY CERTIFICATE, GRADUATED PIPETTES CLASS "AS"
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ, PIPETTES GRADUÉES CLASSE "AS"

Referencia Code Rèference	Volumen nominal Nominal value Volume nominal	Tolerancia Tolerance Tolérance
DGB004	10 mL	+/- 0.05 mL

Pipeta grad. clase AS c/bulbo, 0 abajo, 10mL/0.10mL
Grad. pipette class AS w/bulb 0 bottom, 10mL/0.10mL
Grad. pipette class AS w/bulb 0 bottom, 10mL/0.10mL

Este artículo es fabricados cumpliendo el estándar DIN EN ISO 835
This article is manufactured according to DIN EN ISO 835 standard
Cet article est fabriqué selon la norme DIN EN ISO 835.

Instrumentos de medición | Testing devices | Instruments de contrôle :

1| Balanza | Balance | Balance

MODEL TG328, 500 g / 1 mg

La calibración se efectua anualmente | The calibration is effected every year | Le calibrage est effectué toutes les années

2| Termómetro | Thermometer | Thermomètre

MODEL JJG-130-2004 0/50 °C | 0.1 °C

La calibración se efectua anualmente | The calibration is effected every year | Le calibrage est effectué toutes les années

3| Pesa | Weight | Poids

MODEL JJG99-2006 class F1

La calibración se efectua anualmente | The calibration is effected every year | Le calibrage est effectué toutes les années

Fecha | Date | Date: 30/05/2024

Sello | Stam | Timbre:



AUXILAB, S. L.
 N.I.F. ESB31072218
 MATERIAL PARA LABORATORIO
 Políg. Morea Norte, 8 - Tel. 34-948 310 513
 31191 BERRIAIN - NAVARRA (ESPAÑA)

El control se efectua de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 835-648 a una temperatura de referencia de 20 °C
The test was effected according ISO 835-648, at a reference temperature of 20 °C
Le contrôle est effectué en accord avec les conditions de la norme ISO 835-648 a une température de référence de 20 °C