

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

En relación a los artículos **TUBO DE ENSAYO Boro 3.3**
In relation to the articles **TEST TUBES Boro 3.3**
En rapport avec les articles **TUBE À ESSAI Boro 3.3**

Por el presente documento declaramos que las características, medidas y precisión de los productos abajo indicados están en conformidad con la norma ISO 4142. El error máximo permitido en la capacidad cumple con los valores especificados en la norma ISO 4142. La temperatura estándar de referencia es 20°C.

We hereby declare that the features, measurements and accuracy of the products listed below are in accordance with ISO 4142. The maximum permissible error in capacity complies with the values specified in ISO 4142.

Nous déclare par la présente que les caractéristiques, les mesures et la précision des produits indiqués ci-dessous sont conformes à la norme ISO 4142. L'erreur maximale tolérée en matière de capacité est conforme aux valeurs spécifiées dans la norme ISO 4142. La température de référence standard est de 20°C.

Ref.	O.D. mm	Leght mm	Thickness mm
BGB063	12	120 +/- 1	1,2 +/- 0,1
BGB064	14	140 +/- 1	1,2 +/- 0,1
BGB066	16	160 +/- 1	1,2 +/- 0,1
BGB067	18	180 +/- 1	1,2 +/- 0,1


Composición Química

Chemical Composition

Composition Chimique

SiO ₂	81%
B ₂ O ₃	13%
Na ₂ O or K ₂ O	4%
Al ₂ O ₃	2%

Beriain, 16th May 2022

 **AUXILAB, S. L.**
N.º I. F. ESB 31072218
MATERIAL PARA LABORATORIO
Políg. Morea Norte, Calle D N 6 · Tel. 34-948 310513
31191 BERIAIN-NAVARRA (ESPAÑA)

Product technician